

Labor für Mikrobiologie und Hygiene

Auftraggeber: Schamottewerk Radeburg GmbH, An den Ziegeleien 1-2, 01471 Radeburg
Prüfbericht Nr.: 24951-1 Seite 2 von 2 Seiten
vom: 03.04.2020

Ergebnisse physikalisch-chemische Untersuchungen:

Migration in 4 % Essigsäure

Methode: DIN EN 1388-1, Probenvorbereitung F	durchgeführt	
Probenvorbereitung		
Volumen der Simulanzlösung bei befüllbarer Ware	-	ml
Volumen der Simulanzlösung bei Flachware	500	ml
Beprobte Fläche	1,3	dm ²
Temperatur	22	°C
Versuchsdauer	1	Tag

Blei (Pb)

Methode: Interne Methode, ICP-MS F
Blei (Pb) < 0,8 mg/dm² *

Cadmium (Cd)

Methode: Interne Methode, IC-MS F
Cadmium (Cd) < 0,07 mg/dm² *

* = Der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenze

F = Parameter wurden von einem akkreditierten Partnerlabor in Fremdvergabe bestimmt und bewertet,
das Partnerlabor ist für diesen Test akkreditiert.

Beurteilung

Hinweis: die Auswahl der getesteten Komponenten erfolgte auf Kundenwunsch

Die Beurteilung bezieht sich auf das angelieferte Prüfstück. Im Rahmen der durchgeführten Untersuchung hat sich kein Anhaltspunkt für eine mögliche Beanstandung der o.g. Probe ergeben.

Labor für Mikrobiologie und Hygiene

Dr. Catrin Kuchler
Leiter Prüflabor


Ausführliche Ergebnisdarstellung siehe Anlage 1 zum Prüfbericht Nr. 24951-1

Die Veröffentlichung unserer Prüfberichte sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Prüfberichte beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Prüfberichte mit dem Zusatz "-1" an der Prüfberichtsnummer ersetzen den Prüfbericht gleicher Stammnummer.

Anschrift:
Labor für Mikrobiologie und Hygiene
Liselotte-Herrmann-Str. 91
02977 Hoyerswerda

Telefon: 03571 / 60 85 32
Fax: 03571 / 60 85 49
Email: sekretariat@labor-hygiene.de
Internet: www.labor-hygiene.de

Kreissparkasse Bautzen
BLZ 855 500 00
Konto-Nr. 10 9999 6372
IBAN: DE89 855 500 00 10 9999 6372
BIC: SOLADES 1BAT
Steuer-Nr. 213/208/02765



Labor für Mikrobiologie und Hygiene

Prüfbericht Nr. 24951-1 vom 03.04.2020

Auftraggeber : Schamottewerk Radeburg GmbH
An den Ziegeleien 1-2
01471 Radeburg

Auftragserteilung am : 03.03.2020 **Probeneingang am:** 05.03.2020

Probenahme durch : Auftraggeber

Prüfauftrag : Bestimmung der Blei- und Cadmiumlössigkeit

Probenart : Schamottestein (Backofenplatte)

Probenherkunft : Auftraggeber

Probenbezeichnung : siehe Tabelle

Proben-Nr. Labor : 2020/03/67

Prüfzeitraum : 09.03.2020 – 16.03.2020

Probe im Anlieferungszustand : im Karton verpackt

Seite 1 von 2 Seiten

Die Veröffentlichung unserer Prüfberichte sowie deren auszugsweise Verwendung in sonstigen Fällen bedürfen unserer schriftlichen Genehmigung.
Die Prüfberichte beziehen sich ausschließlich auf die Prüfgegenstände. Prüfberichte mit dem Zusatz "-1" an der Prüfberichtsnummer ersetzen den Prüfbericht gleicher Stammnummer.

Anschrift:
Labor für Mikrobiologie und Hygiene
Liselotte-Herrmann-Str. 91
02977 Hoyerswerda

Telefon: 03571/ 60 85 32
Fax: 03571/ 60 85 49
Email: sekretariat@labor-hygiene.de
Internet: www.labor-hygiene.de

Kreissparkasse Bautzen
BLZ 855 500 00
Konto-Nr. 10 9999 6372
IBAN: DE89 855 500 00 10 9999 6372
BIC: SOLADES 1BAT
Steuer-Nr. 213/208/02765